



**Servicios Electromédicos
e Institucionales, S. A.**

Santo Domingo, Rep. Dom.
02 de Agosto del 2019

Señores
CEMADOJA
Ciudad

Attn: Ing. Duani Brito

Distinguidos Señores:

Después de saludarles muy cortésmente aprovecho la ocasión para hacerle un recuento de la situación de su Sistema de Resonancia Magnética Philips modelo Multiva 1.5T serial: 80904.

Recibimos una llamada de parte de ustedes, donde nos reportaban un problema que se les había presentado con su equipo, y nos pedían nuestra asistencia debido a que somos representantes en el país de esta marca.

Durante la revisión pudimos observar que el equipo está presentando inconvenientes con la conexión de las antenas, principalmente con la de Columna – Cráneo.
Durante la visita se realizaron múltiples pruebas utilizando los protocolos que emplean en la institución y no se pudo reproducir el inconveniente.
Durante la inspección visual se notó que ambos conectores de las antenas (ODU-A y ODU-B) se encuentran muy deteriorados.

Luego de seguir el procedimiento según el fabricante se determinó que la intermitencia que está presentando en la conexión de las antenas se debe a que dichos conectores se encuentran en mal estado y deben ser reemplazados.

Se recomienda realizar dichos reemplazos a la brevedad posible ya que el deterioro de este conector puede causar que la antena de Columna – Cráneo (Head-TotalSpine) se averíe.

En espera de que estas explicaciones sean de su ayuda, me despido de ustedes.

Atentamente,

Juan Beato
Representante servicios técnicos



LETTER OF AUTHORIZATION

To whom it may concern,

We, Philips Medical Systems Nederland B.V. ("PMSN") Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands, hereby confirm that:

Seminsa Servicios Electromedicos e Institucionales S.A.
Francisco Prats Ramirez 729, ENS. El Millon
Santo Domingo, Republica Dominicana

is, at present, the authorized distributor in the territory of Dominican Republic and is as such entitled to participate in tenders in the territory of Dominican Republic offering products of Philips Healthcare organization which Seminsa Servicios Electromedicos e Institucionales S.A., is authorized to register, sell and service under the terms and conditions of the distributor agreement between Philips Medical Systems Nederland B.V. and Seminsa Servicios Electromedicos e Institucionales S.A. for the below listed products:

- Ultrasound Equipment
- Enterprise Imaging & Clinical Inform.
- ICAP Equipment
- Cardiology Informatics
- PCMS Undivided
- Hospital Respiratory Care Equipment
- Value Segment Solutions Equipment
- Emergency Care Resuscitation Equipment
- Hospital Respiratory Care Service
- Patient Monitoring Service
- PCMS Undivided Service
- VSS service
- CT AMI Service
- MRI Systems Service
- AMI Imaging Equipment
- PROS Equipment
- GTC Equipment
- TC Equipment
- Medical Consumables & Sensors Equipment
- Patient Monitoring & Systems Equipment
- Connected Sensing
- Sleep
- Image Guided Therapy
- Diagnostic Imaging
- DXR Service
- Diagnostic X-Ray Equipment
- CT-AMI Imaging Equipment
- Magnetic Resonance Imaging Equipment
- Multi-Vendor Service
- PROS Service
- LSP
- Di Undivided Equipment & Service



This statement is valid until December 31, 2019

Eindhoven, The Netherlands, 2018-07-04
Philips Medical Systems Nederland B.V.


Mr. Pascal Munsters
Export Sales Manager

International Business Sales Support

Boschdijk 525, Building VB-9 310, 5621 JG Eindhoven, The Netherlands

P.O. Box 90050, 5600 PB Eindhoven, The Netherlands

+31 (0)654985367

pascal.munsters@philips.com

www.healthcare.philips.com



CARTA DE AUTORIZACION

A quien concierna,

Nosotros, Philips Medical Systems Nederland B.V. ("PMSN") Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands, por medio de la presente confirmamos que:

Seminsa Servicios Electromédicos e Institucionales S.A.
Francisco Prats Ramirez 729, ENS. El Millón
Santo Domingo, República Dominicana

es en el presente nuestro distribuidor autorizado en el territorio de República Dominicana y como tal tiene autorización para participar en licitaciones dentro del territorio de República Dominicana ofreciendo productos de Philips Healthcare Organization, estando Seminsa Servicios Electromédicos e Institucionales S.A., está autorizado(a) para registrar, vender y dar servicios bajo los términos y condiciones del acuerdo de distribución entre Philips Medical Systems Nederland B.V. y Seminsa Servicios Electromédicos e Institucionales S.A. para los productos listados abajo:

- Ultrasound Equipment
- Enterprise Imaging & Clinical Inform.
- ICAP Equipment
- Cardiology Informatics
- PCMS Undivided
- Hospital Respiratory Care Equipment
- Value Segment Solutions Equipment
- Emergency Care Resuscitation Equipment
- Hospital Respiratory Care Service
- Patient Monitoring Service
- PCMS Undivided Service
- VSS service
- CT AMI Service
- MRI Systems Service
- AMI Imaging Equipment
- PROS Equipment
- GTC Equipment
- TC Equipment
- Medical Consumables & Sensors Equipment
- Patient Monitoring & Systems Equipment
- Connected Sensing
- Sleep
- Image Guided Therapy
- Diagnostic Imaging
- DXR Service
- Diagnostic X-Ray Equipment
- CT-AMI Imaging Equipment
- Magnetic Resonance Imaging Equipment
- Multi-Vendor Service
- PROS Service
- LSP
- Di Undivided Equipment & Service

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Boschdijk 525, 5621 JG Eindhoven, The Netherlands
Commercial Register Eindhoven no. 17060498



Esta declaración es válida hasta el 31 de diciembre de 2019

Eindhoven, The Netherlands, 06 de febrero de 2019
Philips Medical Systems Nederland B.V.


Mr. Pascal Munsters

Export Sales Manager

International Business Sales Support

Boschdijk 525, Building VB-9310, 5621 JG Eindhoven, The Netherlands

P.O. Box 90050, 5600 PB Eindhoven, The Netherlands

+31 (0)654985367

pascal.munsters@philips.com

www.healthcare.philips.com

